PHAGOLINGETTE DESINFECTANTE D120/D200

Les points forts :

- **Boîtes filmées individuellement**
- **1ere lingette amorcée**
- **Large spectre de la solution d'imprégnation**

Lingette imprégnée d'un désinfectant pour la désinfection rapide des surfaces des D.M.

CE 0398

LABORATOIRES PHAGOGENE

http://www.phagogene.com

PHAGOLINGETTE DESINFECTANTE D120/D200

LABORATOIRES PHAGOGENE

3- **Nature chimique du principe actif du produit :** Acide benzoïque • Ammonium quaternaire • Ethanol • Menthol • Inhibiteur de corrosion

4- **Domaine d'utilisation du produit :** Lingette imprégnée d'un désinfectant pour la désinfection rapide des surfaces des dispositifs médicaux.

5- **Concentration d'utilisation du produit :** 100%

6- **pH à la concentration d'utilisation :** 3,5 – 4,5
Propriétés physico-chimiques : Aspect de la solution d'imprégation : Liquide limpide de couleur incolore, odeur caractéristique • Caractéristiques de la lingette : Non tissé voie humide : 23 g/m^2 (+/- 2), format : 130 x 210 mm (+/- 6) • Point de solidification <-5°C

7- **Activité anti-microbienne :**

Indice de la norme • Micro-organisme cible • Concentration • T° • Temps • Substances interférentes • Laboratoire
Activités de la solution d'imprégnation :
Bactéries :
Norme NF EN 1276 • Souches de la norme • Conditions de saleté (5 min.).
Norme NF EN 1040 • Souches de la norme (1 min.)
Norme NF T 72-171 • Souches de la norme spectre 4
Norme NF T 72-301/171 • Souches de la norme spectre 4
Norme NF T 72-151 vs Mycobacterium tuberculosis
Fungi :
Norme NF EN 1275 vs Candida albicans
Méthodologie selon NF T 72-201 vs *P.verrucosum, C.cladosporoides, C.albicans*
Virus :
Actif in vitro sur virus HBV, HIV et Herpesvirus
Méthodologie Norme NF T 72-180 –Essai partiel sur Adenovirus

8- **Mode d'emploi :** Tirer les lingettes horizontalement jusqu'à la prédécoupe, séparer d'un coup sec. Bien refermer la boite après usage • Essuyer soigneusement les surfaces, objets ou matériel • Ne pas rincer, laisser sécher.

9- **Recommandations :** Usage réservé aux surfaces, objets, instrumentation • Ne pas réutiliser les lingettes • Utiliser à température ambiante • Nettoyer les surfaces avant utilisation • Ne pas utiliser sur le plexiglas et les matériaux non compatibles avec les alcools sans avis de notre assistance technique

10- **Précautions d'emploi :** Xi : Irritant • inflammable • Irritant pour la peau et les yeux • Cconserver hors de la portée des enfants • Conserver à l'abri de la chaleur (entre -5 et 40°C) • Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - ne pas fumer • Eviter le contact avec la peau • En cas de contact avec les yeux ou les muqueuses, laver immédiatement à l'eau et consulter un spécialiste.

11- **Conditionnement :**
1 carton de 12 boîtes de 120 lingettes - 1 carton de 6 boites de 200 lingettes

Les informations contenues dans cette fiche ne sont pas contractuelles. Le fabricant se réserve le droit de les modifier pour améliorer les produits dans l'intérêt de l'utilisateur. Consulter le dossier scientifique et la fiche de données de sécurité. réf. Pr – Juin 06 – Ed1

Laboratoires Phagogène DEC
BP 201 06272 Villeneuve-Loubet
Hôpital +33 4 92 08 61 11
Santé & Distribution +33 4 92 08 61 06
hopital@phagogene.com - distribution@phagogene.com
Siège social : BP 192 - SIRET 350 269 304 00027